

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 postępowania pn.: Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Głogów, dnia 23.07.2020 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie**”. Postępowanie nr: **DGT.262.2.2020**.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie**”, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 288), informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia, w części 9, wymagane jest, aby silniki zastosowane w Laboratoryjnym układzie dwóch wirników były zasilane napięciem 12V. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika ten parametr i czy wartość ta jest wartością minimalną czy maksymalną. W tego rodzaju urządzeniach układy zasilania i sterowania silnikami zwykle są częścią wewnętrzną i w takim wypadku nie ma znaczenia jakim napięciem zasilane są same silniki. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne usunięcie tego wymagania.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Napięcie 12V, którym silniki muszą być zasilane, zostało dobrane dla bezpieczeństwa studentów.

Zamawiający określa wartość napięcia zasilającego silniki na $12V \pm 1V$.

Pytanie 2

Proszę też o informację, czy Zamawiający wymaga aby Laboratoryjny układ dwóch wirników opisany w części 9 był wyposażony w zabezpieczenia uniemożliwiające włożenie palców studentów w kręcące się wirniki. Z naszego doświadczenia tego rodzaju zabezpieczenia są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć.

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający nie wymaga tego typu zabezpieczeń.

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak