

Głogów, dnia 21.12.2020 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"**

Nr sprawy DGT.262.4.2020

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"** Nr sprawy DGT.262.4.2020, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach:

Pytanie 1.

Zadanie nr 16

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów

Pkt.1

Prosimy o dopuszczenie podstawy obrotowej z uchwytem pod nogi, umożliwiającej transfer obrotowy pacjenta, o średnicy 41,5-42 cm, o udźwigu do 135 kg.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podstawy obrotową z uchwytem pod nogi, umożliwiającej transfer obrotowy pacjenta, średnica 41,5-42 cm o udźwigu do 135 kg.. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pkt.3

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej, wykonanego z poliamidu, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, z uchwytami wokół 2 boków, po 4 po każdej ze stron, o wymiarach: 200 x 90 cm, jak na rysunku poniżej:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łatwoślizgu do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej, wykonanego z poliamidu, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, z uchwytami wokół 2 boków, po 4 po każdej ze stron, o wymiarach: 200 x 90 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

lub

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu składającego się z łamanej deski, wykonanej z tworzywa, nie zawierającej lateksu, o wymiarach 180 x 50 cm (90 x 50 cm – po złożeniu) oraz z zewnętrznej taśmy ślizgowej, przeznaczonego do przesuwania pacjentów o wadze do 135 kg (przy 20 cm przerwie między powierzchniami), jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łatwoślizg składający się z łamanej deski, wykonanej z tworzywa, nie zawierającej lateksu, o wymiarach 180 x 50 cm (90 x 50 cm – po złożeniu) oraz z zewnętrznej taśmy ślizgowej, przeznaczonego do przesuwania pacjentów o wadze do 135 kg (przy 20 cm przerwie między powierzchniami). Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie pasa do podnoszenia i przemieszczania pacjenta o wymiarach: 60 x 20 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności pasa do podnoszenia i przemieszczania pacjenta o wymiarach: 60 x 20 cm.. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie krótkiej deski do przemieszczania pacjenta z łóżka na fotel lub wózek o wymiarach:
75 x 33 cm, o udźwigu do 135 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności krótką deskę do przemieszczania pacjenta z łóżka na fotel lub wózek o wymiarach: 75 x 33 cm, o udźwigu do 135 kg. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego o wymiarach: 640 x 360 mm lub 760 x 360 mm i udźwigu do 160 kg, wykonanego z ramy aluminiowej, materiał odporny na zniszczenia i dezynfekcję, rolki pokryte materiałem imitującym skórę, kolor czarny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przenośnik taśmowo-rolkowy o wymiarach: 760 x 360 mm i udźwigu do 160 kg, wykonanego z ramy aluminiowej, rolki pokryte materiałem imitującym skórę, kolor czarny. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści łatwoślizg do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej z uchwytami wokół 3 boków, o wymiarach: 200 x 90 cm, jak na rysunku poniżej:



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności -dopusci łatwością do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej z uchwytami wokół 3 boków, o wymiarach: 200 x 90 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2.

Zadanie nr 17

Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego, wytrzymałego materaca z poliuretanowymi komorami, napełnianymi przez pompę.

Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 200 x 85 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności materac zmiennociśnieniowy z poliuretanowymi komorami, napełnianymi przez pompę o wymiarach 200 x 85 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 200 x 85 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności materac o wymiarach 200 x 85 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu poduszek do pozycjonowania pacjenta wykonanych z włókien poliestrowych i pianki HR lub tylko z pianki HR, przyjemnych w dotyku, miękkich, zapewniających wysoki poziom higieny, wyposażonych w pokrowce zewnętrzne, higieniczne, paroprzepuszczalne, zmywalne, odporne na uszkodzenia, zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz, zapinane na suwak, przeznaczone do prania w 95°C oraz do czyszczenia powierzchniowego środkami na bazie alkoholu, z lub bez środków powierzchniowo czynnych.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zestaw poduszek do pozycjonowania pacjenta wykonanych z włókien poliestrowych i pianki HR, wyposażonych w pokrowce zewnętrzne, higieniczne, paroprzepuszczalne, zmywalne, odporne na uszkodzenia, zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz, zapinane na suwak, przeznaczone do prania w 95°C oraz do czyszczenia powierzchniowego środkami na bazie alkoholu, z lub bez środków powierzchniowo czynnych. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180

Poz. 3.1

Prosimy o dopuszczenie poduszki, przeznaczonej do wsparcia tułowia o wymiarach: 85x65x30 cm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszki, przeznaczonej do wsparcia tułowia o wymiarach: 85x65x30 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 3.2

Prosimy o dopuszczenie poduszki pod kark o średnicy 38 lub 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności pod kark o średnicy 38 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 3.4

Prosimy o dopuszczenie poduszki stabilizującej, wielokomorowej o wymiarach: 45x45 cm oraz 60x70 cm, jak na rysunku poniżej:



Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki stabilizującej, o wymiarach: 25x80 cm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszki stabilizującej, wielokomorowej o wymiarach: 45x45 cm oraz 60x70 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Poz. 3.5

Prosimy o dopuszczenie wałka w rozmiarze: 15x60 cm wraz z poduszką do odwodzenia kolan

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wałek w rozmiarze: 15x60 cm wraz z poduszką do odwodzenia kolan. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 3.6 i Poz. 3.7

Prosimy o dopuszczenie poduszki do odwodzenia kolan i stabilizacji miednicy o wymiarach: 35x55 cm lub 54x78 cm, jak na rysunku poniżej:



Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki trójkątnej, w kształcie klina o wymiarach: 62x35x35 cm, jak na rysunku poniżej:



Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki wielokomorowej, do wykorzystania jako separator kolan w pozycji na boku, o wymiarach: 70x60 cm, jak na rysunku poniżej:



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszki do odwodzenia kolan i stabilizacji miednicy o wymiarach: 54x78 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 3.8

Prosimy o dopuszczenie poduszki wielokomorowej, do wykorzystania jako podparcie nóg w pozycji na wznak, o wymiarach: 70x60 cm, jak na rysunku poniżej:



Prosimy o dopuszczenie poduszki trójkątnej, w kształcie klina o wymiarach: 70x26x15/5 cm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszki wielokomorowej, do wykorzystania jako podparcie nóg w pozycji na wznak, o wymiarach: 70x60 cm. Dopuszcza także poduszki trójkątne, w kształcie klina o wymiarach: 70x26x15/5 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 3.9

Prosimy o dopuszczenie poduszki wielokomorowej, do wykorzystania jako podparcie nóg w pozycji na wznak, o wymiarach: 70x60 cm, jak na rysunku poniżej:



Prosimy o dopuszczenie poduszki trójkątnej, w kształcie klina o wymiarach: 70x26x15/5 cm, jak na rysunku poniżej:



lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki do podparcia pleców o wymiarach: 50x85 cm, jak na rysunku poniżej



Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki do podparcia pleców w formie węża o wymiarach: 20x125 cm lub 20x225 cm lub poduszki zakrzywionej o wymiarach: 125x75x30 cm, jak na rysunkach poniżej;



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszki do podparcia pleców w formie węża o wymiarach: 20x225 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 3.10

Prosimy o dopuszczenie poduszki w kształcie sześcianu, składającej się z wielu małych kostek, które uginają się niezależnie i dostosowują do kształtu ciała, zapewniają wsparcie i wyrównują ciśnienie na całej powierzchni, a poduszka łagodzi ból i tkliwość oraz zapobiega powstawaniu odleżyn, o wymiarach 50x50x6 cm

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszki w kształcie sześcianu, składającej się z wielu małych kostek, które uginają się niezależnie i dostosowują do kształtu ciała, zapewniają wsparcie i wyrównują ciśnienie na całej powierzchni, o wymiarach 50x50x6 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 3.11

Prosimy o dopuszczenie specjalistycznych pozycjonerów pięt w kształcie opaski, zapobiegających odleżynom na piętach, w rozmiarach S- 1 szt., M - 2 szt., L – 2 szt., jak na rysunku poniżej:



Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki pod głowę, zapobiegającej odleżynom na uchu, o wymiarach: 32x32 cm, jak na rysunku poniżej:



Lub

Prosimy o dopuszczenie profilowanej poduszki pod głowę, o wymiarach: 30x48x11/9 cm, jak na rysunku poniżej:



Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki pod głowę, o wymiarach: 50x60 cm lub 50x85 cm, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności pozycjonerów pięt w kształcie opaski, zapobiegających odleżynom na piętach, w rozmiarach S- 1 szt., M - 2 szt., L – 2 szt. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3.

Zadanie nr 18

Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie podnośnika wykonanego ze stali malowanej epoksydowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności podnośnik wykonany ze stali malowanej epoksydowo. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje podnośnika z podstawą otwieraną elektrycznie czy mechanicznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4.

Zadanie 15 - Wózki reanimacyjne

Poz. 1. Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.

Poz. 2 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 2 szt.

1. Ad.4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego szuflady (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), posiadające ergonomiczny uchwyt (wyprofilowany z ABS) na całej długości szuflady. Szuflady z możliwością opisu zawartości, z pełnym wysuwem, wyjmowane. Ściany boczne i tylna wózka z kompozytu aluminiowego (konstrukcja 3-warstwowa: aluminium-polietylen-aluminium) malowane proszkowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek którego szuflady (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączy), posiadające ergonomiczny uchwyt (wyprofilowany z ABS) na całej długości szuflady. Szuflady z możliwością opisu zawartości, z pełnym wysuwem, wyjmowane. Ściany boczne i tylna wózka z kompozytu aluminiowego (konstrukcja 3-warstwowa: aluminium-polietylen-aluminium) malowane proszkowo. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

2. Ad.5_Ad.9_ProSIMY Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z białym z wytrzymałego tworzywa ABS, z pogłębieniem, z trzema ergonomicznymi uchwytami do prowadzenia wózka, po bokach i z tyłu wózka, wyprofilowanymi w białym. Uchwyt stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z białego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, z białym z tworzywa ABS, z pogłębieniem, z trzema ergonomicznymi uchwytami do prowadzenia wózka, po bokach i z tyłu wózka, wyprofilowanymi w białym. Uchwyt stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z białego. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

3. Ad.7_ProSIMY Zamawiającego o dopuszczenie wózka z nadstawką ze stali nierdzewnej z 2 szynami aluminiowymi z możliwością regulacji wysokości, z zestawem 10 uchylnych transparentnych pojemników z tworzywa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, z białym z tworzywa ABS, z pogłębieniem, z trzema ergonomicznymi uchwytami do prowadzenia wózka, po bokach i z tyłu wózka, wyprofilowanymi w białym. Uchwyt stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z białego. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

4. Ad.9_ProSIMY Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uchwytem na kropłówkę z 2 haczykami, mocowanym do nadstawki, bez regulacji wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, z uchwytem na kropłówkę z 2 haczykami, mocowanym do nadstawki, bez regulacji wysokości. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

5. Ad.9_Czy Zamawiający dopuści wyposażenie wózka w uniwersalny uchwyt z pasem mocującym z możliwością regulacji pozwalający na umieszczenie pojemników na ostre narzędzia o różnej pojemności, zamiast koszyka na akcesoria.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wyposażenie wózka w uniwersalny uchwyt z pasem mocującym z możliwością regulacji pozwalający na umieszczenie pojemników na ostre narzędzia o różnej pojemności, zamiast koszyka na akcesoria. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

6. Ad.10_Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kosz na odpady z tworzywa otwierany kolaniem, zamiast kosza z pokrywą wahadłową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, wyposażony w kosz na odpady z tworzywa otwierany kolaniem, zamiast kosza z pokrywą wahadłową. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

7. Ad.11_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, który w standardzie posiada z boku wózka trzy uchylne, transparentne kieszenie z tworzywa, z przeznaczeniem np. na drobny sprzęt. Oferowany parametr zwiększa wartość użytkową wózka. (poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, wyposażony z boku wózka trzy uchylne, transparentne kieszenie z tworzywa, z przeznaczeniem np. na drobny sprzęt. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 5.

Zadanie 17 - Wózki reanimacyjne

Poz. 1. Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt. (poz. 5 z wniosku o dofinansowanie)

Poz. 2 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt. (poz. 7 z wniosku o dofinansowanie)

Poz. 3. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt. (poz. 32 z wniosku o dofinansowanie)

1. Ad.4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego szuflady (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), posiadające ergonomiczny uchwyt (wyprofilowany z ABS) na całej długości szuflady. Szuflady z możliwością opisu zawartości, z pełnym wysuwem, wyjmowane. Ściany boczne z anodowanego aluminium, tylna ściana wózka z kompozytu aluminiowego (konstrukcja 3-warstwowa: aluminium-polietylen-aluminium) - malowane proszkowo.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, którego szuflady (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), posiadające ergonomiczny uchwyt (wyprofilowany z ABS) na całej długości szuflady. Szuflady z możliwością opisu zawartości, z pełnym wysuwem, wyjmowane. Ściany boczne z anodowanego aluminium, tylna ściana

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180

wózka z kompozytu aluminiowego (konstrukcja 3-warstwowa: aluminium-polietylen-aluminium) - malowane proszkowo. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 6.

Zadanie 11 poz. 6 – lampa zabiegowa

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegowa wysokiej jakości o mocy 55.000 lux/ 500m. i 17.000 lux/ 1m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności lampę zabiegowa wysokiej jakości o mocy 55.000 lux/ 500m. i 17.000 lux/ 1m. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 7.

Zadanie 12

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci pojemnika na cewniki wykonanego z metalu, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności pojemnika na cewniki wykonanego z metalu, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 8.

SIWZ IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. W związku z zapisem, iż załącznik Nr 4 do SIWZ stanowi wykaz dostaw, a podpięty pod dokumentację załącznik Nr 4 do SIWZ jest oświadczeniem Wykonawcy, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru wykazu dostaw i stosowną korektę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w postaci określenia „wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu” jako załącznika nr 4 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż załącznik nr 4 do SIWZ stanowi Oświadczenie Wykonawcy, a wykaz przedstawiony powyżej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie.

2. Prosimy Zamawiającego o określenie co ma być przedmiotem dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie” Zamawiający informuje, że przedmiotem dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert mają być przedmioty tożsame do przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9.

Umowa § 7 ust. 1 pkt. 2

1. W związku z występowaniem pandemii COVID-19 zapis o możliwości odstąpienia od umowy z powodu niedotrzymania terminów określonych § 2 umowy jest krzywdzący dla Wykonawców. Ponadto bezzasadnym jest określanie we wzorze umowy wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy (§ 6 ust. 2), jeżeli warunki umowy przewidują możliwość odstąpienia od umowy z powodu przekroczenia terminu realizacji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o zmianę zapisów umowy w zakresie § 7 ust. 1 pkt. 2 oraz o uszczegółowienie zapisu, iż Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy termin realizacji wskazany w § 2 niniejszej umowy o 14 dni względem pierwotnego terminu realizacji określonego w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do umowy. Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 10.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180

Zał. nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wytyczne funkcjonalno-jakościowe dla przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8

Inkubator otwarty – 1 szt.

Lp. 3

Czy Zamawiający dopuści zaawansowany inkubator otwarty z szeregiem wyświetlaczy segmentowych precyzyjnie wyświetlającymi w sposób ciągły wszystkie wymagane parametry: temperatura pacjenta, temperatura zadana, moc promiennika, licznik Apgar, wskaźnik trybu pracy, nie wyposażony w ekran LCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności inkubator otwarty z szeregiem wyświetlaczy segmentowych precyzyjnie wyświetlającymi w sposób ciągły wszystkie wymagane parametry: temperatura pacjenta, temperatura zadana, moc promiennika, licznik Apgar, wskaźnik trybu pracy, nie wyposażony w ekran LCD. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Lp. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy inkubator ma być wyposażony w zintegrowany (sterowany z kolumny inkubatora) ssak pacjenta, mieszalnik tlen/powietrze oraz moduł resuscytacyjny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych dodatkowych wymagań. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Lp. 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z zakresem regulacji kąta nachylenia $-/+ 10^{o?}$

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności inkubator z zakresem regulacji kąta nachylenia $-/+ 10o$. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Lp. 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator biały z elementami szarymi bez możliwości dodatkowej dekoracji przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności inkubator biały z elementami szarymi bez możliwości dodatkowej dekoracji przez producenta. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11.

Zał. nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wytyczne funkcjonalno-jakościowe dla przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 9

Respirator – 1 szt.

Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator do wentylacji dzieci i dorosłych od 50 ml. objętości oddechowej? Biorąc pod uwagę fakt, że na 1 kg masy ciała przypada do 8 ml. objętości oddechowej można wentylować dziecko o wadze niewiele ponad 6 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności respirator do wentylacji dzieci i dorosłych od 50 ml. objętości oddechowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Lp. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z innymi nazwami tych samych trybów wentylacji: VC-CMV, VC-AC, SPN-CPAP, VC-SIMV/PS, PC-BIPAP/PS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności respirator z innymi nazwami tych samych trybów wentylacji: VC-CMV, VC-AC, SPN-CPAP, VC-SIMV/PS, PC-BIPAP/PS. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z trybem RKO (Resusctacja Krążeniowo-Ustrojowa), który jest odpowiednikiem trybu CPR bez sygnału ucisku tempa klatki piersiowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności respirator z trybem RKO (Resusctacja Krążeniowo-Ustrojowa), bez sygnału ucisku tempa klatki piersiowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Lp. 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez funkcji blokady przycisków?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza respiratora bez funkcji blokady przycisków. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11.

W załączniku numer 1, zadanie 7, Elektroniczna baza danych, znajduje się zapis: "Do oferty należy załączyć wersję elektronicznej bazy danych na płycie CD/USB w celu umożliwienia sprawdzenia funkcjonalności bazy pod kątem zgodności z przedstawionymi wymaganiami minimalnym.". Z uwagi na fakt, iż postępowanie realizowane jest przez miniportal (więc trzeba byłoby niezależnie wysłać aplikację i instrukcję instalacji na płycie CD), czy Zamawiający dopuszcza przesłanie przez miniportal wraz z ofertą dokumentu, z linkiem do bazy danych osadzonej w internecie i danymi do logowania? (Zamawiający będzie miał identyczną możliwość obejrzenia i sprawdzenia aplikacji, jakby była ona dostarczona fizycznie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość dołączenia do oferty dokumentu, z linkiem do bazy danych osadzonej w Internecie i danymi do logowania wraz z dołączoną makietą aplikacji - tj. wydruk ekranów docelowej aplikacji. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak