

Głogów, dnia 11.01.2021 r.

## Uczestnicy postępowania przetargowego

### Wyjaśnienia nr 5 treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"**

### Nr sprawy DGT.262.4.2020

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"** Nr sprawy DGT.262.4.2020, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach:

### Pytanie 1.

**Dotyczy: Zadanie nr 13, poz. 6 – Szpitalne łóżko dziecięce – 2 szt.**

1. Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne wyrazi zgodę na zaoferowanie szpitalnego łóżka dziecięcego o poniższych parametrach?
  - Łóżko ze stali węglowej malowanej proszkowo na biało otoczone poręczami bocznymi ze stali węglowej malowanej proszkowo z możliwością obniżania i podnoszenia poręczy
  - Łóżko wyposażone w cztery koła jezdne z centralną blokadą
  - Segment głowy regulowany
  - Produkt posiadający Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta
  - Materac piankowy w tkaninie nieprzemakalnej o grubości 120 mm
  - Wymiary: wysokość leża regulowana w zakresie 740 – 990 mm, wysokość całkowita 1450 mm, długość całkowita 1660 mm, szerokość całkowita 860 mm



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko o wskazanej funkcjonalności tj.

- *Łóżko ze stali węglowej malowanej proszkowo na biało otoczone poręczami bocznymi ze stali węglowej malowanej proszkowo z możliwością obniżania i podnoszenia poręczy*
- *Łóżko wyposażone w cztery koła jezdne z centralną blokadą*
- *Segment głowy regulowany*
- *Produkt posiadający **Deklarację Zgodności CE** wystawioną przez producenta*
- *Materac piankowy w tkaninie nieprzemakalnej o grubości 120 mm*
- *Wymiary: wysokość leża regulowana w zakresie **740 – 990 mm**, wysokość całkowita **1450 mm**, długość całkowita **1660 mm**, szerokość całkowita **860 mm***

REKTOR  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak