

Głogów, dnia 15.01.2021 r.

## Uczestnicy postępowania przetargowego

### Wyjaśnienia nr 6 treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"**

### Nr sprawy DGT.262.4.2020

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"** Nr sprawy DGT.262.4.2020, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach:

#### **Pytanie 1**

Dot. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 14 – MEBLE I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

POZYCJA NR 9 – STOLIK ZABIEGOWY – 28 szt.

Pkt.5 W związku z zaistniałą omyłką pisarską zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stolika zabiegowego o szerokości 45 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w postaci określenia szerokości stolika na 4 cm- poprawna szerokość powinna wynosić 47 cm. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stolik zabiegowy o szerokości 45 cm. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

#### **Pytanie 2**

Dot. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 14 – MEBLE I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

POZYCJA NR 7 – ZESTAW WYPOSAŻENIA BIUROWEGO

1.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymaganej szerokości biurka.



## Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl [www.pwsz.glogow.pl](http://www.pwsz.glogow.pl) NIP 6932045180

---

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że szerokość biurka ma wynosić 80 cm. Reszta zapisów pozostaje bez zmian.

REKTOR  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak