

Głogów, dnia 02.02.2021 r.

## Uczestnicy postępowania przetargowego

### Wyjaśnienia nr 8 treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"**

### Nr sprawy DGT.262.4.2020

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"** Nr sprawy DGT.262.4.2020, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach:

### Pytanie 1

#### **Dotyczy zadania 11. Pozycja 4. Aparat EKG – 1szt. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat EKG renomowanego polskiego producenta, którego czułość regulowana jest w zakresie: 2,5/5/10/20 mm/mV?

*Poniżej zdjęcie poglądowe aparatu, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*





## Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl [www.pwsz.glogow.pl](http://www.pwsz.glogow.pl) NIP 6932045180

---

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności regulację czułości aparatu w zakresie: 2,5/5/10/20 mm/mV. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.5320.

REKTOR  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak